



Дом здравља Нови Пазар

Dom zdravlja Novi Pazar

ul. Generala Živkovića br.1

36300 Novi Pazar

Centrala: +381 20 314 722

Uprava: +381 20 311 765

Fax: +381 20 311 764

ž.r.: 840-845661-83 (redovni)

ž.r.: 840-830667-57 (sop. prihodi)

PIB: 107659125

matični broj: 17828312

e-mail: dznovipazar@gmail.com

Novi Pazar

Broj: 1367

Datum: 25.04.2018

PREDMET: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 1.1.4-Medicinska pomagala

Na osnovu člana 63. Stav 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama. Naručilac, Dom zdravlja Novi Pazar daje pojašnjenje konkursne dokumentacija. Istovremeno pojašnjenje se objavljuje na portal Uprave za javne nabavke i internet stranici Naručioca.

Pitanje :

Poštovani,

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama molim Vas za izmenu konkursne dokumentacije za javnu nabavku u otvorenom postupku – medicinska pomagala/RFZO p partijama broj 1.1.4 za sledeće:

Za partiju broj 3 – igle za pen, predvideli ste da igle moraju biti izradjene u skladu sa standardom ISO 15197:2013. Obzirom da se navedeni standard primenjuje za lancete u cilju samotestiranja odnosno za praćenje nivoa glukoze u krvi kod obolelih od dijabetes melitusa, traženi standard nije primenljiv za igle za insulinske penove. Iz navedenog razloga Vas molim da izbrišete postavljeni zahtev.

Takodje, za partiju 3, tražena je dostava uzoraka u originalnom pakovanju za svaku dimenziju. Molim Vas da precizirate da li će se smatrati ispravnom ponuda za koju je ponudjač dostavio jedan komad igle za pen ili je potrebno da za svaku dimenziju bude dostavljena originalna kutija koja sadrži 100 komada igala?

Molim Vas da u skladu sa članom 20. Zakona o javnim nabavkama potvrdite prijem zahteva i objavite odgovor u zakonskom roku od 3 dana od dana prijema

Odgovor br 1: Komisija je prihvatila vaše primedbe i izvršice Izmene konkursne dokumentacije.

Odgovor na pitanje 2: Ispravnim ponudama smatraće se ponude uz koje ponudjač dostavi igle u originalnom pakovanju od 100kom za svaku dimenziju koja je tražena kon. dokumentacijom

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU